

주요지적사항

1. 연구(실험)실 기본 게시·비치사항 (⑤~⑦ 정밀대상 실험실만 해당)

- ① 연구실 안전관리 규정 및 사고대응 매뉴얼 비치
- ② 연구실 일상점검일지 비치
- ③ 각 실험실 사고보고 및 사고대응 체계도, 비상연락망 게시
- ④ 실험실별 안전수칙 게시
- ⑤ MSDS, 특별관리물질대장, 화학물질 관리대장 비치
- ⑥ 사전유해인자위험분석 안전현황 및 R&DSA 비치
- ⑦ 유해인자취급 및 관리대장 비치

2. 진단전 연구(실험)실 정리사항(진단시 지적사항 감소효과)

- ① 연구(실험)실에 대한 정리정돈
- ② 바닥 대용량 화학약품, 선반 상단의 화학약품 및 비품 정리
- ③ 흡후드 내 또는 아래(서랍내) 화학약품 정리
- ④ 장기 미사용 시약 정리
- ⑤ 쓰레기통 뚜껑 사용
- ⑥ 연구용 냉장고 음식물 정리 등

1. 공통 기본 사항



- * 실험복 착용
- * 안전 보호구(고글, 장갑 등) 착용
- * 짧은 바지, 치마 착용 금지
- * 샌달, 슬리퍼 착용 금지
- * 연구실 내 음식물 반입(흡연) 금지
- * 애완동물 출입 금지
- * 운동기구 반입 금지



- 안전관리 자료함 -

- * 일상안전점검일지(해당일 점검)
- * 연구실안전관리지침(규정)
- * MSDS(물질안전보건자료)
- * 사전유해인자 위험분석보고서
- * 유해인자별 취급 및 관리대장

2. 일반



- 선반 상부 기자재 비치



- 연구실내 음식물 섭취/흡연 금지



- 정리정돈 불량



- 연구실내 취침/전열기 사용

3. 전기 분야



- 분전반앞 기자재 비치



- 비접지형 콘센트/문어발식 사용



- 분전반내 절연덮개 미부착/용도기재



- 개수대 주변 전기 사용

4. 소방 분야



- 실내 이동통로 미확보



- 피난구 앞 기자재 비치




- 소화기 관리(위치) 불량



- 피난구유도등(유도표지) 미설치

5. 기계 분야



- 방호장치 미설치



- 방호장치 미설치



- 장비사용설명서 및 안전수칙 미게시

6. 가스 분야



- 가스용기 충전기한 경과



- 전도방지장치 미설치



- 미사용 용기 보호캡 미설치



- 전도방지장치 공동체결

7. 화공 분야



- 시약병 경고표지 및 라벨 미부착



- 미사용 시약 장기간 보관 /라벨 손상



- 흡후드내 시약 다량 보관/
전용시약장 보관



- 음용용기 시약 보관

7. 화공 분야



- 실험폐액용기 관리상태(분류표시, 용기덮개 체결, 용기 보관 장소 미지정)



- 성상별 분류 보관/약품대장 비치



- 인화성 물질 다량 보관

8. 생물 분야



- 의료폐기물 전용용기 정보 미기입



- 의료폐기물 전용용기 미비치



- 일반폐기물 혼재



- 의료폐기물 덮개 미설치